

ZÁPIS

O posouzení kvalifikace a hodnocení nabídek

v rámci činnosti hodnotící komise ve veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky

Zakoupení multifunkčního destičkového readeru pro Centrum řasových biotechnologií Třeboň (CZ.1.05/2.1.00/03.0110)

Zadavatel:

název : Mikrobiologický ústav AV ČR, v.v.i.
 sídlo : Vídeňská 1083, 142 00 Praha 4
 IČ : 61388971
 Zastoupený : RNDr. Martin Bilej, DrSc., ředitel

Komise zahájila svoji činnost 9. listopadu 2011 v 10:00 hod.

Posouzení a hodnocení

Hodnotící komise nejprve konstatuje, že oba uchazeči prokázali kvalifikaci podle požadavků zadavatele.

Dílčí kritérium č. 1 - Výše nabídkové ceny včetně DHP - 55 %

	SCHOELLER INSTRUMENTS, s.r.o.	GeneTiCA s.r.o
Nabídnutá cena	931 200 Kč	803 840 Kč
Bodové ohodnocení	47,5%	55%

Dílčí kritérium č. 2 - Technické parametry nabízených přístrojů - 45 %

Technický parametr	Maximální bodové ohodnocení	SCHOELLER INSTRUMENTS, s.r.o.		GeneTiCA s.r.o	
		Hodnota parametru	Bodové ohodnocení	Hodnota parametru	Bodové ohodnocení
Rychlost čtení absorbance v 96-j. destičce	25	20 s.	11,3%	9 s.	25%
Rozsah vlnové délky u fluorescenční intensity	10	620 nm	10%	500 nm	8,1%





Možnost kultivace uvnitř čtecí komory	10	ANO	10%	ANO	10%
---------------------------------------	----	-----	-----	-----	-----

Souhrn všech kritérií:

Uchazeč	Body za 1.kriterium	Body za 2.kriterium	Celkem bodů	Pořadí
SCHOELLER INSTRUMENTS, s.r.o.	47,5%	31,3%	78,8%	2
GeneTiCA s.r.o	55%	43,1	98,1%	1

Rozhodnutí komise: Oba dodavatelé splnili podmínky stanovené zadávací dokumentací. Na základě obdržných bodů doporučuje komise zadavateli rozhodnout o výběru nabídky od dodavatele GeneTiCA s.r.o.

Skončeno dne 9. Listopadu 2011 v 11:00 hod.

Titul, jméno a příjmení	Podpis
RNDr. Pavel Hrouzek, Ph.D	
Ing. Jiří Kopecký, CSc.	
Mgr. Kateřina Bišová, Ph.D.	
Bc. Tomáš Budín	
RNDr. Marius Byss, Ph.D.	