

### **Dotaz 1**

S odvoláním na doručenou Výzvu k podání nabídky ve VZ malého rozsahu – “Laboratorní scintilační analyzátor na kapalné vzorky”, si Vás dovoluji kontaktovat s následujícím dotazem:

V ZD je na str. 2, bod 3.b), uveden požadavek na záruční dobu minimálně 24 měsíců, ale současně je na str. 3, bod 3.c), uveden požadavek a odkaz na závazný vzor KS, kde je uvedena záruka 12 měsíců ?

Protože se nejedná o spotřební zboží, poskytuje výrobce standardní záruku 12 měsíců, která může být prodloužena, ale za úplatu. Tento rozpor představuje problém pro vytvoření cenové nabídky, protože je v ZD dokumentaci na str.3, bod 3.d), uvedena jako jediné kritérium hodnocení nabídková cena a současně na str. 4, bod 3.e), není připuštěno variantní řešení.

### **Odpověď 1**

Zadavatel požaduje minimální délku záruční doby v trvání 24 měsíců.